

IMMUCOR Medizinische Diagnostik GmbH
 Robert-Bosch-Straße 32
 D-63303 Dreieich
 Phone: +49 (0) 6103-8056-0
 Fax: +49 (0) 6103-8056-199
www.immucor.com



Analysenzertifikat / Certificate of Analysis

Hiermit wird bezeugt, dass das unten aufgeführte Produkt durch IMMUCOR Medizinische Diagnostik GmbH entsprechend der IVD-Richtlinie 98/79/EG hergestellt, geprüft und CE zertifiziert wurde.

This is to certify that the product hereunder has been manufactured and tested by IMMUCOR Medizinische Diagnostik GmbH and in accordance with the IVD Directive 98/79/EC CE certified.

Produkt / Product:



immuClone® (1) Anti-C IgM

Monoklonales Reagenz zur Erfassung des Rh C Merkmals an menschlichen Erythrozyten auf Trägern, im Röhrchen und auf der Mikrotiterplatte.

Monoclonal reagent for detection of Rh C antigen on human red cells for use in slide, tube, and microplate.

Artikel-Nr. / Product code.:

0007206, 0007204

Chargen Nr. / Lot No.:

9312503096

Abfüllmenge / Volume:

5 ml, 5 x 5 ml

Klon, Zelllinie / clone, cell line:

MS24

Titer / titer:

1:16

Verfallsdatum / Expiry date:

2025-03-09

Herstellungsdatum / Manufacturing date:

2022-03-10

Zusammensetzung / Composition:

Monoklonaler humaner IgM-Antikörper der Zelllinie MS-24, verdünnt in gepufferter, isotoner NaCl-Lösung, die Rinderalbumin, EDTA und makromolekulare Verstärker enthält.

Monoclonal human IgM antibody of cell line MS-24 diluted in buffered isotonic saline solution with added bovine albumin, EDTA and macromolecular potentiators.

Avidität / Avidity:

Phenotype:	Avidity time (second)		Reaction grade at 2mn	
	This released lot:	Reference lot:	This released lot:	Reference lot:
R ₁ R ₂	11	11	2	2
R ₁ R ₂	11	11	2	2
R ₁ r	11	11	1	1
r'r	7	7	1	1

NUMBER: 05.COA.0066

REVISION:001

EFFECTIVE DATE: 25 Jan 2021

Konservierung / Preservative:< 0,1% Na-Azid / *Sodium Azide***Testung viraler Marker /
Viral Marker Testing:**HbsAg: negativ / *negative*Anti-HCV: negativ / *negative*Anti-HIV: negativ / *negative*EBV: negativ / *negative*

Ak gegen Mausviren:

*Mouse Antibody Production (MAP) viruses:*negativ / *negative*

DocuSigned by Paulina Nowakowska
 Paulina Nowakowska | I approve this document
17-May-2023 | 6:14:32 PM CEST
1C41DBA88B544285935D73CAB0490FEC

.....
Dr. Paulina Nowakowska
Sr. Manager Quality Operations

17 May 2023
Datum/ *date*