

NUMBER: 05.COA.0047

REVISION:001

EFFECTIVE DATE: 04 Jan 2022

IMMUCOR Medizinische Diagnostik GmbH
Robert-Bosch-Straße 32
D-63303 Dreieich
Phone: +49 (0) 6103-8056-0
Fax: +49 (0) 6103-8056-199
www.immucor.com



Analysenzertifikat / Certificate of Analysis

Hiermit wird bezeugt, dass das unten aufgeführte Produkt durch IMMUCOR Medizinische Diagnostik GmbH entsprechend der IVD-Verordnung (EU) 2017/746 hergestellt, geprüft und CE zertifiziert wurde.

This is to certify that the product hereunder has been manufactured and tested by IMMUCOR Medizinische Diagnostik GmbH in accordance with the IVD Regulation (EU) 2017/746 CE certified.

Produkt / Product:**immuClone® Anti-S IgM**

Für den Nachweis des S Antigens an humanen Erythrozyten im Röhrchen-, Träger- und Mikrotiter-plattentest.

For the detection of the S antigen on human red blood cells in tube, microplate and slide tests.

Artikel-Nr. / Product code:

0009905

Chargen Nr. / Lot No.:

1572410190

Abfüllmenge / Volume:

5 ml

Klon, Zelllinie / clone, cell line:

MS94

Titer / titer:

1:256

Verfallsdatum / Expiry date:

2024-10-19

Herstellungsdatum / Manufacturing date: 2021-10-20**Zusammensetzung / Composition:**

Monoklonaler humaner IgM Antikörper in isotoner, gepufferter Lösung, die Rinderalbumin und makromolekulare Verstärker enthält.

Monoclonal human IgM antibody diluted in isotonic buffered solution contains bovine albumin and macromolecular potentiators.

Konservierung / Preservative:

< 0,1% Na-Azid / Sodium Azide

**Testung viraler Marker /
Viral Marker Testing:**

HbsAg: negativ / negative

Anti-HCV: negativ / negative

Anti-HIV: negativ / negative

EBV: negativ / negative

Ak gegen Mausviren:

Mouse Antibody Production (MAP) viruses:
negativ / negative

DocuSigned by Paulina Nowakowska

1C41DBA8B544285935D73CAB0490FEC

Dr. Paulina Nowakowska
Sr. Manager Quality Operations

1 November 2022
Datum/ date